

**Badania wykonane w Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF w Rzeszowie
w roku 2017r.**

Rodzaj badanych próbek	Ogólna liczba próbek		Wynik ogólny		Próbki do badań fizykochemicznych		Próbki do badań mikrobiologicznych	
	fch.	mb.	+	-	+	-	+	-
1. Leki recepturowe pobrane przez inspektorów z:	128	119	118	10	118	10	119	0
- aptek ogólnodostępnych								
- aptek zakładowych								
2. Leki recepturowe zlecone przez:								
- apteki ogólnodostępne								
- apteki zakładowe								
3. Woda oczyszczona pobrana przez inspektorów z:								
- aptek ogólnodostępnych	10	10 jał.	10	0	10	0	10 jał.	0
- aptek zakładowych								
- produkcji								
4. Woda oczyszczona zlecona przez:								
- apteki ogólnodostępne	5	5	4	1	4	1	5	0
- apteki zakładowe	38	38	31	7	35	3	32	6
- zakł. prod.	1	1	1	0	1	0	1	0
- Ośrodki Dializoterapii	12	50cz.m. 51LAL	46	7	7	5	50 49	0 2
5. Skuteczność sterylizacji:								
- suchym gorącym pow.	-	200	157	43	-	-	157	43
- parą wodną		8	8	0	-	-	-	-
6. Kontrola seryjna wstępna	3		3	0	-		-	
7. Monitoring środowiska	18		8	10	-		8	10
8. Pozostałe:								
- opakowania (jałowość)	-	24	18	6	-	-	18	6
- bad. biegłości	4	1	5	0	4	0	1	0