

Sumaryczne przedstawienie wyników pozytywnych i negatywnych.

Rok	1.01.2017 do 31.12.2017		
Nazwa	ogółem próbek	wynik pozytywny	wynik negatywny
R/lek recepturowy	128	118	10
W/woda oczyszcz.	54	45	9
D/woda do dializ	53	46	7
S/A skuteczność sterylizacji	208	165	43
KSW/kontrola seryjna wstępna	3	3	0
P/pozostałe	29	23	6
MS/monitoring środowiska	18	8	10
RAZEM ILOŚĆ PRÓB	493	408	85