

Sumaryczne przedstawienie wyników pozytywnych i negatywnych.

Rok	1.01.2021 do 31.12.2021		
Nazwa	ogółem próbek	wynik pozytywny	wynik negatywny
R/lek recepturowy	136	130	6
W/woda oczyszcz.	25	22	3
D/woda do dializ	38	36	2
S/A skuteczność sterylizacji	142	141	1
KSW/kontrola seryjna wstępna	52	52	0
P/pozostałe	17	17	0
MS/monitoring środowiska	15	7	8
PTS/badanie biegłości	4	4	0
RAZEM ILOŚĆ PRÓB	429	409	20