

Dotyczy

Zapytania ofertowego FARZ-LK.2615.11.2023

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły dnia 24.05.2023r w związku z Zapytaniem FARZ-LK.2615.11.2023. Pytania dotyczą Załącznika 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, tj. mikroskopu laboratoryjnego do badań w świetle przechodzącym z kamerą cyfrową i zestawem komputerowym.

1. Czy Zamawiający w ramach przedstawionych WYMAGAŃ OGÓLNYCH (punkt 1) wyrazi zgodę na dostawę zestawu fabrycznie nowego, nieużywanego, z datą produkcji w roku 2022 lub 2023?

NIE, zestaw powinien być wyprodukowany w 2023 roku

2. Czy Zamawiający w ramach punktu 2e. (STOLIK MECHANICZNY) wyrazi zgodę na dostawę mikroskopu ze stolikiem mechanicznym o wymiarach minimalnych 191 x 56 mm, za to z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250° ?

TAK.

3. Czy Zamawiający w ramach punktu 2f. (KONDENSOR) wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego parametru brzmiącego „płynnie regulowana wartość apertury do 0,9 /1,25” na zapis „płynnie regulowana wartość apertury do 1.1”, co będzie zgodne z dodatkowym wymogiem wyspecyfikowanym w następnym podpunkcie przedstawionej specyfikacji, tj. „wbudowana i regulowana przesłona aperturowa 0.1 – 1.1 z naniesioną skalą apertury numerycznej”?

NIE.

Zamawiający zmienia zapis z: „płynnie regulowana wartość apertury do 0,9 /1,25” na: „płynnie regulowana wartość apertury do co najmniej 0,9”.

Zamawiający zmienia zapis z: „wbudowana i regulowana przesłona aperturowa 0.1 – 1.1 z naniesioną skalą apertury numerycznej” na „wbudowana i regulowana przesłona aperturowa”.

Zamawiający dopuszcza wyższe wartości apertury, które uznaje za lepsze, dodatkowo punktowane.

4. Czy Zamawiający w ramach punktu 2g. (OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO I ODBITEGO) wyrazi zgodę na dostarczenie oświetlacza LED światła przechodzącego o mocy min. 2W (które będzie odpowiednikiem lampy halogenowej o mocy 30W)

TAK.

5. Czy Zamawiający w ramach punktu 2g. (OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO I ODBITEGO) wymaga, aby mikroskop posiadał możliwość

rozbudowy o oświetlacz światła odbitego ze źródłem LED wysokiej mocy, wyposażony w centralną przesłonę połową, celem umożliwienia dalszej rozbudowy mikroskopu o zaawansowane obserwacje w technikach fluorescencyjnych?

NIE. Zamawiający nie wymaga możliwości rozbudowy o oświetlacz światła odbitego dużej mocy. Zainstalowane już źródło światła episkopowego będzie dodatkowo punktowane.

6. Czy Zamawiający w ramach punktu 2h. (OBIEKTYWY) wyrazi zgodę na dostawę obiektywu o powiększeniu 20x, o aperturze numerycznej wynoszącej min. 0.40, za to z większym dystansem roboczym niż minimalna wyspecyfikowana wartość?

TAK.

7. Czy Zamawiający w ramach punktu 3 (KAMERA CYFROWA Z OPROGRAMOWANIEM I TABLETEM/MONITOREM) wyrazi zgodę na dostarczenie kamery o rozdzielczości przechwytywanych zdjęć, a także obrazu na żywo (WiFi, HDMI) wynoszącej min. 2MPx (FullHD), o dużym rozmiarze pojedynczego piksela (około dwukrotnie większy rozmiar od rozmiaru podanego w specyfikacji), który pozytywnie wpłynie na wysoką czułość i pozwoli na uzyskanie dobrego odwzorowania koloru i subtelnych zmian w obserwowanej strukturze?

NIE.