

Sumaryczne przedstawienie wyników pozytywnych i negatywnych.

Rok	02.01.2023r. do 29.12.2023r.		
Nazwa	ogółem próbek	wynik pozytywny	wynik negatywny
R/lek recepturowy	190	183	7
W/woda oczyszcz.	19	18	1
D/woda do dializ	30	30	0
S/A skuteczność sterylizacji	162	150	12
KSW/kontrola seryjna wstępna	88	88	0
P/pozostałe	17	16	1
MS/monitoring środowiska	10	7	3
PTS/badanie biegłości	3	2	1
RAZEM ILOŚĆ PRÓB	519	494	25