

Dotyczy:

FARZ-LK.2615.8.2026 zaproszenia do złożenia oferty na chłodziarkę laboratoryjną..

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły dnia 08.04.2026r w związku z Zapytaniem FARZ-LK.2615.8.2026.

- 1) Czy Zamawiający dopuści, by każda z komór miała 150 litrów pojemności brutto?

**Nie. Pojemność brutto chłodziarki to min. 350 l**

- 2) Czy Zamawiający dopuści, by każda z komór miała 255 litrów pojemności brutto?

**Nie. Chłodziarka laboratoryjna nie może przekroczyć 650cm szerokości i 2000cm wysokości.**

- 3) Czy Zamawiający dopuści wyświetlacze LED (osobne dla każdej z komór) z przyciskami membranowymi?

**W specyfikacji szczegółowej zamówienia określono, że sterowniki powinny mieć ekrany dotykowe z możliwością obsługi w rękawiczkach lateksowych.**