

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

35-205 Rzeszów ul. Warszawska 12a; tel. 17 86 20 545, fax 17 86 20 406
www.rzeszow.wif.gov.pl; e-mail biuro@rzeszow.wif.gov.pl
ePUAP: /wif-rzeszow/SkrytkaESP; e-Doręczenia: AE:PL-23160-54345-SBHES-20

Rzeszów 2026.06.10

Dotyczy:

FARZ-LK.2615.14.206 zaproszenia do złożenia oferty na gęstościomierz oscylacyjny.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły dnia 09.06.2026r w związku z Zapytaniem FARZ-LK.2615.14.2026.

- 1) Czy wymaganie "monitoringu stanu - wilgotność w celce pomiarowej" może być spełnione przez układ osuszania z wizualnym wskaźnikiem stanu wilgoci oraz kontrolę czystości/napełnienia U-rurki, czy Zamawiający wymaga elektronicznego czujnika wilgotności bezpośrednio w celce?

Elektroniczny czujnik wilgotności umieszczony bezpośrednio w rurce pomiarowej nie jest warunkiem koniecznym.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zewnętrznej drukarki A4?

TAK, ale z uwagi na potrzebę optymalizacji powierzchni użytkowej i ergonomię preferowana będzie drukarka paragonowa.

- 3) Zamawiający dopuści gęstościomierz oscylacyjny, który umożliwia kontrolę prawidłowego napełnienia celi pomiarowej poprzez wbudowany podgląd wideo całej celi pomiarowej z powiększeniem 2×, 6× i 10×, pozwalający operatorowi na wizualną ocenę obecności pęcherzyków powietrza, oraz posiada system ostrzegający użytkownika w przypadku niestabilności pomiaru, która może wskazywać na nieprawidłowe napełnienie celi, w tym obecność pęcherzyków powietrza?

TAK

- 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania realizacji zamówienia w terminie do 24.07.2026r.

Monika
Sława
Urbaniak

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Sława
Urbaniak
Data: 2026.06.10
09:22:41 +02'00'